

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HPY/MKK Φ 7. 231204

|       |                                                 |           |                                  |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 产品名称  | 麦康凯琼脂培养基                                        | 规格        | Φ7cm                             |
| 产品批号  | 231204                                          | 生产日期      | 2023-12-04                       |
| 抽样数量  | 25 个                                            | 抽样数量      | 2023-12-04                       |
| 实际产量  | 580 个                                           | 报告日期      | 2023-12-06                       |
| 检验目的  | 成品检验                                            | 检验依据      | 产品技术要求                           |
| 检验项目  | 标准要求                                            |           | 检测结果                             |
| 外 观   | 培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为紫红色。 |           | 符合                               |
| 琼脂厚度  | 培养基厚度为≥3mm。                                     |           | 符合                               |
| pH    | 培养基pH为：7.2±0.2（25℃）。                            |           | 符合                               |
| 微生物限度 | 培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的平板数应不大于5%。  |           | 符合                               |
| 生长试验  | 质控菌株                                            | 菌株号       | 观察结果                             |
|       | 流感嗜血杆菌                                          | ATCC49247 | 生长良好，形态为微小、湿润、光滑、透明或半透明、无色至灰白色菌落 |
|       | 大肠埃希菌                                           | ATCC25922 | 生长，粉红色菌落                         |
|       | 奇异变形杆菌                                          | ATCC49005 | 生长，无色菌落，抑制蔓延                     |
|       | 鼠伤寒沙门氏菌                                         | ATCC13311 | 生长，无色菌落                          |
|       | 空白对照：应无细菌生长。                                    |           |                                  |
| 检验结论  | 根据产品技术要求检验，本批产品合格。                              |           |                                  |

报告人员：耳叔佳

日期：2023-12-06

审批人：唐小秋

日期：2023-12-06

四川省食品药品检验所

微生物检验科

（签章）

质检专用章

