

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：CSY-0100243962839

|                                                                                                           |                                                                 |      |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称                                                                                                      | 需氧培养瓶                                                           | 规格   | 色原检测法培养瓶中抗成人需氧培养瓶 30ml                                                                                    |
| 产品批号                                                                                                      | 43962839                                                        | 生产日期 | 2023-12-23                                                                                                |
| 灭菌批号                                                                                                      | 23122301                                                        | 灭菌日期 | 2023-12-23                                                                                                |
| 抽样数量                                                                                                      | 18 瓶                                                            | 抽样日期 | 2023-12-23                                                                                                |
| 实际产量                                                                                                      | 1376 瓶                                                          | 报告日期 | 2024-01-02                                                                                                |
| 检验目的                                                                                                      | 成品检验                                                            | 检验依据 | 产品技术要求                                                                                                    |
| 检验项目                                                                                                      | 要 求                                                             |      | 结论                                                                                                        |
| 外 观                                                                                                       | 不含添加剂的培养基液体，应无浑浊、无悬浮物；含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色，色泽均匀。 |      | 符合                                                                                                        |
| 装 量                                                                                                       | 培养基液体量应不少于标示装量值的±5%                                             |      | 符合                                                                                                        |
| 强度                                                                                                        | 培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂。                                    |      | 符合                                                                                                        |
| 配合性                                                                                                       | 培养瓶的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。                                             |      | 符合                                                                                                        |
| 培养基 PH                                                                                                    | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6（25℃）                                       |      | 符合                                                                                                        |
| 适用性检查                                                                                                     | 需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。              |      | 符合                                                                                                        |
|                                                                                                           | 厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。                      |      | /                                                                                                         |
| 无菌检查                                                                                                      | 培养瓶于 35℃-37℃ 培养，7 天内应无细菌生长                                      |      | 符合                                                                                                        |
| 检验结论                                                                                                      | 根据产品技术要求检验，本批产品合格                                               |      | <div><br/>(签章)</div> |
| 报告人员：最佳                      日期：2024.01.02                      审批人：唐双                      日期：2024.01.02 |                                                                 |      |                                                                                                           |