

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B
	修 改 次：2

报告书编号：LTY5.9240107

产品名称		卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基	规格	HP/LTY5.9 复方中和剂 9ml	
产品批号		240107	生产日期	2024-01-07	
灭菌批号		24010702	灭菌日期	2024-01-07	
抽样数量		10 支	抽样日期	2024-01-07	
实际产量		2972 支	报告日期	2024-01-09	
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求	
检验项目		标准要求			检测结果
外观		液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。			符合
装量		液体培养基量应为标识容量的±5%			符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。			符合
	配合性	培养管（瓶）的盖（塞）配合适宜不松动或脱落。			符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。			符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好，培养基浑浊。			符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好，培养基浑浊。			符合
无 菌		37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长			符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格			(签章)
报告人员: 夏俊 日期: 2024.01.09 审批人: 唐小斌 日期: 2024.01.09					