四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B 修 改 次：2

报告书编号：**HPY/SXΦ9.240104**

产品名称	嗜血杆菌巧克力琼脂培养基	规　　格	Φ9cm
产品批号	240104	生产日期	2024-01-04
抽样数量	20 个	抽样日期	2024-01-04
实际产量	1740 个	报告日期	2024-01-06
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求

检验项目	标准要求	检测结果
外　　观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为巧克力色。	符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。	符合
pH	培养基pH为：7.4±0.2（25℃）。	符合
微生物限度	培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，无细菌生长。	符合
生长试验	质控菌株：流感嗜血杆菌；菌株号：ATCC49247；观察结果：生长良好，形态为微小、湿润、光滑、透明或半透明、无色至灰白色菌落 。 空白对照：应无细菌生长。	符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。	（签章）

报告人员：聚 日期：2024.01.06　　审批人：[illegible] 日期：2024.01.06

四川好培养生物工程有限公司 质检专用章