

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B
	修 改 次：2

报告书编号：HPY/MKK Φ 9. 240103

产品名称	麦康凯琼脂培养基	规 格	Φ9cm
产品批号	240103	生产日期	2024-01-03
抽样数量	25 个	抽样时间	2024-01-03
实际产量	1880 个	报告日期	2024-01-05
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外 观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀； 表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为紫红色。		符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。		符合
pH	培养基pH为：7.2±0.2（25℃）。		符合
微生物限度	培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查， 可见污染菌生长的平板数应不大于5%。		符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果
	流感嗜血 杆菌	ATCC49247	生长良好，形态为微小、 湿润、光滑、透明或半透 明、无色至灰白色菌落
	大肠埃希 菌	ATCC25922	生长，粉红色菌落
	奇异变形 杆菌	ATCC49005	生长，无色菌落，抑制蔓 延
	鼠伤寒沙 门氏菌	ATCC13311	生长，无色菌落
	空白对照：应无细菌生长。		
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。		(签章)
报告人员：夏佳			