

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HPY/GL Φ 9. 240222

|                                            |                                                 |              |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 产品名称                                       | 哥伦比亚血琼脂培养基                                      | 规格           | Φ9cm             |
| 产品批号                                       | 240222                                          | 生产日期         | 2024-02-22       |
| 抽样数量                                       | 25 个                                            | 抽样日期         | 2024-02-22       |
| 实际产量                                       | 1540 个                                          | 报告日期         | 2024-02-24       |
| 检验目的                                       | 成品检验                                            | 检验依据         | 产品技术要求           |
| 检验项目                                       | 标准要求                                            |              | 检测结果             |
| 外观                                         | 培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹横或裂痕，颜色为鲜红色。 |              | 符合               |
| 琼脂厚度                                       | 培养基厚度为≥3mm。                                     |              | 符合               |
| pH                                         | 培养基pH为：7.3±0.2（25℃）。                            |              | 符合               |
| 微生物限度                                      | 培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，无细菌生长。              |              | 符合               |
| 生长试验                                       | 质控菌株                                            | 菌株号          | 观察结果             |
|                                            | 乙型溶血性链球菌                                        | CMCC（B）32210 | 生长良好，菌落周围产生β溶血环  |
|                                            | 金黄色葡萄球菌                                         | ATCC29213    | 生长良好             |
|                                            | 大肠埃希菌                                           | ATCC25922    | 生长良好             |
|                                            | 肺炎链球菌                                           | ATCC6305     | 生长良好，菌落周围产生α溶血环。 |
|                                            | 空白对照：应无细菌生长。                                    |              |                  |
| 检验结论                                       | 根据产品技术要求检验，本批产品合格。                              |              |                  |
| 报告人员：夏作 日期：2024.02.24 审批人：李永 日期：2024.02.24 |                                                 |              |                  |

