

四川好培养生物工程有限公司	版本号：B
成品检验报告	文件编号：HPY/CX-18-R06

报告书编号：HP/QKL1. Φ9240229

产品名称		巧克力琼脂培养基（不加抗生素）		规格	HP/QKL1. Φ9cm	
产品批号		240229		生产日期	2024-02-29	
灭菌批号		24022901		灭菌日期	2024-02-29	
抽样数量		15 个		抽样日期	2024-02-29	
实际产量		520 个		报告日期	2024-03-01	
检验目的		出厂检验		检验依据	产品技术要求	
检验项目		标准要求				检测结果
外 观		琼脂培养基为巧克力色半固体, 表面平整, 无明显污点、杂质及异物。				符合
装 量		琼脂培养基应能铺满平皿底部, 厚度不小于 2mm。				符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。				符合
	配合性	平皿培养基盖与平皿配合, 易打开和闭合。				符合
培养效果	接种流感嗜血杆菌	生长良好, 潮湿珍珠小菌落。				符合
	接种肺炎链球菌	生长良好, 菌落透明。				符合
无 菌		37℃ 孵育 24h 无细菌生长。				符合
检验结论		根据产品技术要求检验, 本批产品合格				符合 (签章)
报告人员: 夏佳 日期: 2024.03.01 审批人: 李永 日期: 2024.03.01						

