

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版 本 号：B            |
|               | 修 改 次：2            |

报告书编号：HP/YXS1.800240521

|                                             |     |                                 |      |                              |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------|
| 产品名称                                        |     | 样本稀释液                           | 规格   | HP/YXS1.800<br>0.45%盐水 800ml |
| 产品批号                                        |     | 240521                          | 生产日期 | 2024-05-21                   |
| 灭菌批号                                        |     | 24052101                        | 灭菌日期 | 2024-05-21                   |
| 抽样数量                                        |     | 2 瓶                             | 抽样日期 | 2024-05-21                   |
| 实际产量                                        |     | 38 瓶                            | 报告日期 | 2024-05-22                   |
| 检验目的                                        |     | 出厂检验                            | 检验依据 | 产品技术要求                       |
| 检验项目                                        |     | 标准要求                            |      | 检测结果                         |
| 外观                                          |     | 稀释液无色澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象，无臭、无味。 |      | 符合                           |
| 装量                                          |     | 稀释液装量应不少于标示装量值的 95% 。           |      | 符合                           |
| 物理性能                                        | 强度  | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。      |      | 符合                           |
|                                             | 配合性 | 稀释液管（瓶）的盖塞配合适宜不松动或脱落。           |      | 符合                           |
| 化学性能                                        |     | 液体培养基的 pH 应为 4.5~7.0(20℃~25℃)。  |      | 符合                           |
| 无 菌                                         |     | 37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长             |      | 符合                           |
| 检验结论                                        |     | 根据产品技术要求检验，本批产品合格               |      | (签章)                         |
| 报告人员：夏俊 日期：2024.05-22 审批人：李永红 日期：2024.05-22 |     |                                 |      |                              |