

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/JDS1.5240722

产品名称	碱性蛋白胨水培养基	规格	普通型 5ml
产品批号	240722	生产日期	2024-07-22
灭菌批号	24072201	灭菌日期	2024-07-22
抽样数量	10 支	抽样日期	2024-07-22
实际产量	283 支	报告日期	2024-07-24
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基液体澄清透明, 无污点、杂质、异物及浑浊现象。		符合
装量	培养基装量应不少于标示装量值的±5%。		符合
化学性能	液体培养基的 pH 应为 8.5±0.2 (20-25℃)。		符合
培养结果	副溶血性弧菌	生长良好	符合
	大肠埃希氏菌	生长抑制	符合
无 菌		于35℃-37℃培养, 24h培养应无菌生长	符合
检验结论		根据产品技术要求检验, 本批产品合格	(签章)

报告人员: 

日期: 2024.07.24

审批人: 

日期: 2024.07.24