

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: HP/JDS1.10240903

|          |        |                               |      |            |
|----------|--------|-------------------------------|------|------------|
| 产品名称     |        | 碱性蛋白胨水培养基                     | 规格   | 普通型 10ml   |
| 产品批号     |        | 240903                        | 生产日期 | 2024-09-03 |
| 灭菌批号     |        | 24090301                      | 灭菌日期 | 2024-09-03 |
| 抽样数量     |        | 20 支                          | 抽样日期 | 2024-09-03 |
| 实际产量     |        | 2987 支                        | 报告日期 | 2024-09-05 |
| 检验目的     |        | 出厂检验                          | 检验依据 | 产品技术要求     |
| 检验项目     |        | 标准要求                          |      | 检测结果       |
| 外 观      |        | 培养基液体澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象。     |      | 符合         |
| 装 量      |        | 培养基装量应不少于标示装量值的±5% 。          |      | 符合         |
| 化学性能     |        | 液体培养基的 pH 应为 8.5±0.2（20-25℃）。 |      | 符合         |
| 培养<br>结果 | 副溶血性弧菌 | 生长良好                          |      | 符合         |
|          | 大肠埃希氏菌 | 生长抑制                          |      | 符合         |
| 无 菌      |        | 于35℃-37℃培养，24h培养应无菌生长         |      | 符合         |
| 检验结论     |        | 根据产品技术要求检验，本批产品合格             |      | (盖章)       |

报告人员: 聂佳

日期: 2024.09.05

审批人: 李双家

日期: 2024.09.05