

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HP/LX. Φ9241203

|                                             |           |                          |      |            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|------------|
| 产品名称                                        |           | L 型细菌增菌培养基               | 规格   | 琼脂型<br>9cm |
| 产品批号                                        |           | 241203                   | 生产日期 | 2024-12-03 |
| 灭菌批号                                        |           | 24120301                 | 灭菌日期 | 2024-12-03 |
| 抽样数量                                        |           | 15 个                     | 抽样日期 | 2024-12-03 |
| 实际产量                                        |           | 300 个                    | 报告日期 | 2024-12-05 |
| 检验目的                                        |           | 出厂检验                     | 检验依据 | 产品技术要求     |
| 检验项目                                        |           | 标准要求                     |      | 检测结果       |
| 外观                                          |           | 培养基呈淡黄色，无明显污点、杂质及异物      |      | 符合         |
| 装 量                                         |           | 琼脂培养基量能铺满平皿底部，厚度应≥3mm    |      | 符合         |
| PH                                          |           | 培养基 pH 为 7.5±0.2（20-25℃） |      | 符合         |
| 培<br>养<br>效<br>果                            | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长                       |      | 符合         |
| 无 菌                                         |           | 35-37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长    |      | 符合         |
| 检验结论                                        |           | 根据产品技术要求检验，本批产品合格        |      | 符合         |
| 报告人员：夏佳 日期：2024.12.05 审批人：李廷家 日期：2024.12.05 |           |                          |      |            |

