

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/YQZ2. Φ9241203

产品名称		营养琼脂培养基	规格	胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA） HP/YQZ2. Φ9	
产品批号		241203	生产日期	2024-12-03	
灭菌批号		24120301	灭菌日期	2024-12-03	
抽样数量		15 个	抽样日期	2024-12-03	
实际产量		670 个	报告日期	2024-12-05	
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求	
检验项目		标准要求			检测结果
外 观		琼脂培养基为淡黄色半固体，表面平整，无明显污点、杂质及异物。			符合
装 量		琼脂培养基量应能铺满平皿底部，厚度不小于 2mm 。			符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。			符合
	配合性	平皿培养基盖与平皿配合，易打开和闭合。			符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好，S 型菌落，产生金黄色色素。			符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好，半透明 S 型菌落。			符合
无 菌		37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长。			符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格			符合
报告人员：夏佳 日期：2024.12.05 审批人：李丽咏 日期：2024.12.05					