

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HP/LTY4.10241206

|         |           |                                |         |                          |
|---------|-----------|--------------------------------|---------|--------------------------|
| 产品名称    |           | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基                 | 规格      | HP/LTY4.10<br>中和碘伏类 10ml |
| 产品批号    |           | 241206                         | 生产日期    | 2024-12-06               |
| 灭菌批号    |           | 24120602                       | 灭菌日期    | 2024-12-06               |
| 抽样数量    |           | 10 支                           | 抽样日期    | 2024-12-06               |
| 实际产量    |           | 494 支                          | 报告日期    | 2024-12-09               |
| 检验目的    |           | 出厂检验                           | 检验依据    | 产品技术要求                   |
| 检验项目    |           | 标准要求                           |         | 检测结果                     |
| 外观      |           | 液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。         |         | 符合                       |
| 装量      |           | 液体培养基量应为标识容量的±5%               |         | 符合                       |
| 物理性能    | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |         | 符合                       |
|         | 配合性       | 培养管（瓶）的盖（塞）配合适宜不松动或脱落。         |         | 符合                       |
| 化学性能    |           | 液体培养基的 pH 应为 7.0～7.6(20℃～25℃)。 |         | 符合                       |
| 培养效果    | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好，培养基浑浊。                    |         | 符合                       |
|         | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好，培养基浑浊。                    |         | 符合                       |
| 无 菌     |           | 37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长            |         | 符合                       |
| 检验结论    |           | 根据产品技术要求检验，本批产品合格              |         | (签章)                     |
| 报告人员：张佳 |           | 日期：2024.12.09                  | 审批人：李成家 | 日期：2024.12.09            |

