

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: CSY-0200253653362

|                                             |                                                                 |      |                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 产品名称                                        | 厌氧培养瓶                                                           | 规格   | 色原检测法培养瓶<br>中抗成人厌氧培养瓶 40ml |
| 产品批号                                        | 53653362                                                        | 生产日期 | 2025-01-20                 |
| 灭菌批号                                        | 25012001                                                        | 灭菌日期 | 2025-01-20                 |
| 抽样数量                                        | 18 瓶                                                            | 抽样日期 | 2025-01-20                 |
| 实际产量                                        | 2394 瓶                                                          | 报告日期 | 2025-02-05                 |
| 检验目的                                        | 成品检验                                                            | 检验依据 | 产品技术要求                     |
| 检验项目                                        | 要求                                                              |      | 结论                         |
| 外观                                          | 不含添加剂的培养基液体，应无浑浊、无悬浮物；含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色，色泽均匀。 |      | 符合                         |
| 装量                                          | 培养基液体量应不少于标示装量值的±5%                                             |      | 符合                         |
| 强度                                          | 培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂。                                    |      | 符合                         |
| 配合性                                         | 培养瓶的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。                                             |      | 符合                         |
| 培养基 PH                                      | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6（25℃）                                       |      | 符合                         |
| 适用性检查                                       | 需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。              |      | /                          |
|                                             | 厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。                      |      | 符合                         |
| 无菌检查                                        | 培养瓶于 35℃-37℃ 培养，7 天内应无细菌生长                                      |      | 符合                         |
| 检验结论                                        | 根据产品技术要求检验，本批产品合格                                               |      | (签章)                       |
| 报告人员: 曹佳 日期: 2025.02.05 审批人: 日期: 2025.02.05 |                                                                 |      |                            |