

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/LX. Φ9250305

产品名称	L型细菌增菌培养基	规格	琼脂型 9cm
产品批号	250305	生产日期	2025-03-05
灭菌批号	25030501	灭菌日期	2025-03-05
抽样数量	15个	抽样日期	2025-03-05
实际产量	240个	报告日期	2025-03-07
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基呈淡黄色，无明显污点、杂质及异物		符合
装量	琼脂培养基量能铺满平皿底部，厚度应 $\geq 3\text{mm}$		符合
PH	培养基 pH 为 7.5 ± 0.2 (20-25℃)		符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长	符合
无 菌	35-37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员：夏佳	日期：2025.03.07	审批人：李双	日期：2025.03.07

