

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HP/LTY6.10250403

|                                              |           |                                |      |                        |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|------------------------|
| 产品名称                                         |           | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基                 | 规格   | HP/LTY6.10<br>洗脱液 10ml |
| 产品批号                                         |           | 250403                         | 生产日期 | 2025-04-03             |
| 灭菌批号                                         |           | 25040301                       | 灭菌日期 | 2025-04-03             |
| 抽样数量                                         |           | 10 支                           | 抽样日期 | 2025-04-03             |
| 实际产量                                         |           | 1516 支                         | 报告日期 | 2025-04-07             |
| 检验目的                                         |           | 出厂检验                           | 检验依据 | 产品技术要求                 |
| 检验项目                                         |           | 标准要求                           |      | 检测结果                   |
| 外 观                                          |           | 液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。         |      | 符合                     |
| 装 量                                          |           | 液体培养基量应为标识容量的±5%               |      | 符合                     |
| 物理性能                                         | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |      | 符合                     |
|                                              | 配合性       | 培养管（瓶）的盖（塞）配合适宜不松动或脱落。         |      | 符合                     |
| 化学性能                                         |           | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。 |      | 符合                     |
| 培养效果                                         | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好，培养基浑浊。                    |      | 符合                     |
|                                              | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好，培养基浑浊。                    |      | 符合                     |
| 无 菌                                          |           | 37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长             |      | 符合                     |
| 检验结论                                         |           | 根据产品技术要求检验，本批产品合格              |      | (签章)                   |
| 报告人员:夏俊 日期: 2025.04.07 审批人:李丽 日期: 2025.04.07 |           |                                |      |                        |