

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B
	修 改 次：2

报告书编号：HPY/SX ϕ 7 .250414

产品名称	嗜血杆菌巧克力琼脂培养基	规 格	ϕ 7cm
产品批号	250414	生产日期	2025. 04. 14
抽样数量	20 个	抽样日期	2025. 04. 14
实际产量	520 个	报告日期	2025. 04. 16
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外 观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为巧克力色。		符合
琼脂厚度	培养基厚度为 $\geq 3\text{mm}$ 。		符合
pH	培养基pH为： 7.4 ± 0.2 （ 25°C ）。		符合
微生物限度	培养基在 $35^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$ 培养18~48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的平板数应不大于5%。		符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果
	流感嗜血杆菌	ATCC49247	生长良好
	空白对照：应无细菌生长。		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。  (签章)		
报告人员： 	日期： 2025. 04. 16	审批人： 	日期： 2025. 04. 16