

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/LX. Φ925041

产品名称		L 型细菌增菌培养基	规 格	琼脂型 9cm
产品批号		250414	生产日期	2025-04-14
灭菌批号		25041401	灭菌日期	2025-04-14
抽样数量		15 个	抽样日期	2025-04-14
实际产量		360 个	报告日期	2025-04-16
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外 观		培养基呈淡黄色，无明显污点、杂质及异物		符合
装 量		琼脂培养基量能铺满平皿底部，厚度应≥3mm		符合
PH		培养基 pH 为 7.5±0.2（20-25℃）		符合
培 养 效 果	接种金黄色葡萄球菌	生长		符合
无 菌		35-37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		（签章）
报告人员： 日期：2025.04.16 审批人： 日期：2025.04.16				