

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HPY/SBL. Φ 9250419

产品名称	沙保罗琼脂培养基	规格	Φ9cm						
产品批号	250419	生产日期	2025-04-19						
抽样数量	15 个	抽样日期	2025-04-19						
实际产量	6344 个	报告日期	2025-04-21						
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求						
检验项目	标准要求		检测结果						
外 观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为淡黄色。		符合						
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。		符合						
pH	培养基pH为：5.6±0.2（25℃）。		符合						
微生物限度	培养基在25℃～30℃培养18～48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的培养基产品数应不大于5%		符合						
生长试验	<table><tr><td>质控菌株</td><td>菌株号</td><td>观察结果</td></tr><tr><td>白色念珠菌</td><td>ATCC90028</td><td>生长良好</td></tr></table>		质控菌株	菌株号	观察结果	白色念珠菌	ATCC90028	生长良好	符合 
	质控菌株	菌株号	观察结果						
白色念珠菌	ATCC90028	生长良好							
	空白对照：应无细菌生长。								
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。								
报告人员：王双歌									