四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B
	修 改 次：2

报告书编号：HPY/SBL.Φ9250423

产品名称	沙保罗琼脂培养基	规　　格	Φ9cm
产品批号	250423	生产日期	2025.04.23
抽样数量	15 个	抽样日期	2025.04.23
实际产量	7060 个	报告日期	2025.04.25
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求

检验项目	标准要求	检测结果
外　　观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为淡黄色。	符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。	符合
pH	培养基pH为：5.6±0.2（25℃）。	符合
微生物限度	培养基在25℃～30℃培养18～48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的培养基产品数应不大于5%	符合
生长试验	质控菌株：白色念珠菌；菌株号：ATCC90028；观察结果：生长良好	符合
	空白对照：应无细菌生长。	
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。	（签章）

报告人员：聂佳　　日期：2025.04.25　　审批人：李政家　　日期：2025.04.25