

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HPY/GLΦ9.250515

产品名称	哥伦比亚血琼脂培养基	规格	Φ9cm
产品批号	250515	生产日期	2025-05-15
抽样数量	25 个	抽样日期	2025-05-15
实际产量	530 个	报告日期	2025-05-19
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外 观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹横或裂痕，颜色为鲜红色。		符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。		符合
pH	培养基pH为：7.3±0.2（25℃）。		符合
微生物限度	培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的平板数应不大于5%。		符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果
	乙型溶血性链球菌	CMCC（B）32210	生长良好，菌落周围产生β溶血环。
	金黄色葡萄球菌	ATCC29213	生长良好。
	大肠埃希菌	ATCC25922	生长良好。
	肺炎链球菌	ATCC6305	生长良好，菌落周围产生α溶血环。
	空白对照：应无细菌生长。		
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。		
报告人员：李俊 日期：2025.05.19 审批人：李俊 日期：2025.05.19			

