

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: HP/JDS1. 5250701

|           |        |                                |          |                |
|-----------|--------|--------------------------------|----------|----------------|
| 产品名称      |        | 碱性蛋白胨水培养基                      | 规格       | 普通型 5ml        |
| 产品批号      |        | 250701                         | 生产日期     | 2025-07-01     |
| 灭菌批号      |        | 25070101                       | 灭菌日期     | 2025-07-01     |
| 抽样数量      |        | 10 支                           | 抽样日期     | 2025-07-01     |
| 实际产量      |        | 492 支                          | 报告日期     | 2025-07-03     |
| 检验目的      |        | 出厂检验                           | 检验依据     | 产品技术要求         |
| 检验项目      |        | 标准要求                           |          | 检测结果           |
| 外观        |        | 培养基液体澄清透明, 无污点、杂质、异物及浑浊现象。     |          | 符合             |
| 装量        |        | 培养基装量应不少于标示装量值的±5%。            |          | 符合             |
| 化学性能      |        | 液体培养基的 pH 应为 8.5±0.2 (20-25℃)。 |          | 符合             |
| 培养结果      | 副溶血性弧菌 | 生长良好                           |          | 符合             |
|           | 大肠埃希氏菌 | 生长抑制                           |          | 符合             |
| 无菌        |        | 于35℃-37℃培养, 24h培养应无菌生长         |          | 符合             |
| 检验结论      |        | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格             |          | 符合<br>(签章)     |
| 报告人员: 邱培智 |        | 日期: 2025.07.03                 | 审批人: 李双歌 | 日期: 2025.07.03 |