

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B
	修 改 次：2

报告书编号：LTY5.10250708

产品名称		卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基	规格	HP/LTY5.10 复方中和剂 10ml	
产品批号		250708	生产日期	2025-07-08	
灭菌批号		25070802	灭菌日期	2025-07-08	
抽样数量		18 支	抽样日期	2025-07-08	
实际产量		1019 支	报告日期	2025-07-10	
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求	
检验项目		标准要求			检测结果
外观		液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。			符合
装量		液体培养基量应为标识容量的±5%			符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。			符合
	配合性	培养管（瓶）的盖（塞）配合适宜不松动或脱落。			符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。			符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好，培养基浑浊。			符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好，培养基浑浊。			符合
无 菌		37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长			符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格			(签章)
报告人员：张永强 日期：2025.07.10 审批人：李永强 日期：2025.07.10					