

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HP/VT-4. 3250623

|                                                                                                           |                                                      |      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 产品名称                                                                                                      | 一次性使用病毒采样管                                           | 规格   | VT-4 型<br><br>3ml/支 |
| 产品批号                                                                                                      | 250623                                               | 生产日期 | 2025. 06. 23        |
| 抽样日期                                                                                                      | 2025. 06. 23                                         | 报告日期 | 2025. 06. 23        |
| 检验目的                                                                                                      | 出厂检验                                                 | 检验依据 | 产品技术要求              |
| 检验项目                                                                                                      | 标准要求                                                 |      | 检测结果                |
| 外观                                                                                                        | 采样管内保存液应无明显沉淀、杂质及异物。                                 |      | 符合                  |
| 装量                                                                                                        | 保存液装量应为标识容量的±10%。                                    |      | 符合                  |
| pH                                                                                                        | 20-25℃时 pH 值应为 7.4±0.3。                              |      | 符合                  |
| 配合性                                                                                                       | 将一次性使用病毒采样管在光线充足的条件下目测，盖<br>子完全旋合，将盖子旋紧倒立 5 分钟无漏液现象。 |      | 符合                  |
| 检验结论                                                                                                      | 根据产品技术要求检验，本批产品合格。                                   |      | (签章)                |
| 报告人员：邵强                      日期：2025.06.23                      审批人：李强                      日期：2025.06.23 |                                                      |      |                     |