

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: CSY-0100261033871

产品名称	需氧培养瓶	规 格	色原检测法培养瓶 中抗成人需氧培养瓶 30ml
产品批号	61033871	生产日期	2025-07-28
灭菌批号	25072801、25072802	灭菌日期	2025-07-28
抽样数量	31 瓶	抽样日期	2025-07-28
实际产量	4971 瓶	报告日期	2025-08-04
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	要 求		结 论
外 观	不含添加剂的培养基液体，应无浑浊、无悬浮物；含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色，色泽均匀。		符合
装 量	培养基液体量应不少于标示装量值的 95%。		符合
强度	培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
配合性	培养瓶的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。		符合
培养基 PH	液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6（25℃）		符合
适用性检查	需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。		符合
	厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。		/
无菌检查	培养瓶于 35℃-37℃ 培养，7 天内应无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格		（签章） 质检专用章
报告人员：张发迪 日期：2025.08.04 审批人：李国杰 日期：2025.08.04			