

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/LX. Φ9250808

产品名称		L 型细菌增菌培养基	规 格	琼脂型 9cm
产品批号		250808	生产日期	2025-08-08
灭菌批号		25080801	灭菌日期	2025-08-08
抽样数量		10 个	抽样日期	2025-08-08
实际产量		360 个	报告日期	2025-08-11
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外 观		培养基呈淡黄色，无明显污点、杂质及异物		符合
装 量		琼脂培养基量能铺满平皿底部，厚度应 $\geq 3\text{mm}$		符合
PH		培养基 pH 为 7.5 ± 0.2 （20-25℃）		符合
培 养 效 果	接种金黄色葡萄球菌	生长		符合
无 菌		35-37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		
报告人员: 张铁迪 日期: 2025.08.11 审批人: 李 日期: 2025.8.11				

