

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/JDS1.10250818

产品名称		碱性蛋白胨水培养基	规格	普通型 10ml
产品批号		250818	生产日期	2025-08-18
灭菌批号		25081802	灭菌日期	2025-08-18
抽样数量		9 支	抽样日期	2025-08-18
实际产量		5046 支	报告日期	2025-08-20
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外 观		培养基液体澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象。		符合
装 量		培养基装量应不少于标示装量值的±5%。		符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 8.5±0.2（20-25℃）。		符合
培养 结果	副溶血性弧菌	生长良好		符合
	大肠埃希氏菌	生长抑制		符合
无 菌		于35℃-37℃培养，24h培养应无菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		
报告人员：张张迎 日期：2025.08.20 审批人：李双歌 日期：2025.08.20				

