

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/JDS1.10250909

产品名称		碱性蛋白胨水培养基	规格	普通型 10ml
产品批号		250909	生产日期	2025-09-09
灭菌批号		25090902	灭菌日期	2025-09-09
抽样数量		9 支	抽样日期	2025-09-09
实际产量		7064 支	报告日期	2025-09-11
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外 观		培养基液体澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象。		符合
装 量		培养基装量应不少于标示装量值的±5% 。		符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 8.5±0.2（20-25℃）。		符合
培养 结果	副溶血性弧菌	生长良好		符合
	大肠埃希氏菌	生长抑制		符合
无 菌		于35℃-37℃培养，24h培养应无菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员: 张庆华 日期: 2025.09.11 审批人: 李双成 日期: 2025.09.11				