

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/QKL1 Φ 9. 250924

产品名称		巧克力琼脂培养基（不加抗生素）	规格	Φ 9cm
产品批号		250924	生产日期	2025-09-24
抽样数量		10 个	抽样日期	2025-09-24
实际产量		370 个	报告日期	2025-09-26
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外观		琼脂培养基为巧克力色半固体, 表面平整, 无明显污点、杂质及异物。		符合
装 量		琼脂培养基应能铺满平皿底部, 厚度不小于 2mm。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0. 5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	平皿培养基盖与平皿配合, 易打开和闭合。		符合
培养效果	接种流感嗜血杆菌	生长良好, 潮湿珍珠小菌落。		符合
	接种肺炎链球菌	生长良好, 菌落透明。		符合
无 菌		37℃ 孵育 24h 无细菌生长。		符合
检验结论		根据产品技术要求检验, 本批产品合格		(签章)
报告人员: 夏佳		日期: 2025.09.26	审批人: 李金	日期: 2025.09.26