

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/LX. Φ9251015

产品名称		L 型细菌增菌培养基	规 格	琼脂型 9cm
产品批号		251015	生产日期	2025-10-15
灭菌批号		25101501	灭菌日期	2025-10-15
抽样数量		10 个	抽样日期	2025-10-15
实际产量		555 个	报告日期	2025-10-17
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外 观		培养基呈淡黄色，无明显污点、杂质及异物		符合
装 量		琼脂培养基量能铺满平皿底部，厚度应≥3mm		符合
PH		培养基 pH 为 7.5±0.2（20-25℃）		符合
培 养 效 果	接种金黄色葡萄球菌	生长		符合
无 菌		35-37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员: 张秋红 日期: 2025.10.17 审批人: 李双成 日期: 2025.10.17				

