

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本 号：B             |
|               | 修 改 次：2            |

报告书编号：HP/LTY6.10251022

|                  |           |                                |         |                        |
|------------------|-----------|--------------------------------|---------|------------------------|
| 产品名称             |           | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基                 | 规 格     | HP/LTY6.10<br>洗脱液 10ml |
| 产品批号             |           | 251022                         | 生产日期    | 2025-10-22             |
| 灭菌批号             |           | 25102202                       | 灭菌日期    | 2025-10-22             |
| 抽样数量             |           | 9 支                            | 抽样日期    | 2025-10-22             |
| 实际产量             |           | 996 支                          | 报告日期    | 2025-10-24             |
| 检验目的             |           | 出厂检验                           | 检验依据    | 产品技术要求                 |
| 检验项目             |           | 标准要求                           |         | 检测结果                   |
| 外 观              |           | 液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。         |         | 符合                     |
| 装 量              |           | 液体培养基量应为标识容量的±5%               |         | 符合                     |
| 物理<br>性能         | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |         | 符合                     |
|                  | 配合性       | 培养管（瓶）的盖（塞）配合适宜不松动或脱落。         |         | 符合                     |
| 化学性能             |           | 液体培养基的 pH 应为 7.0～7.6(20℃～25℃)。 |         | 符合                     |
| 培<br>养<br>效<br>果 | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好，培养基浑浊。                    |         | 符合                     |
|                  | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好，培养基浑浊。                    |         | 符合                     |
| 无 菌              |           | 37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长             |         | 符合                     |
| 检验结论             |           | 根据产品技术要求检验，本批产品合格              |         | (签章)                   |
| 报告人员：张辰江         |           | 日期：2025.10.24                  | 审批人：李金龙 | 日期：2025.10.24          |

