

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HPY/MKK Φ 9. 251112

|                                             |                                                     |           |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 产品名称                                        | 麦康凯琼脂培养基                                            | 规格        | Φ 9cm        |
| 产品批号                                        | 251112                                              | 生产日期      | 2025-11-12   |
| 抽样数量                                        | 32 个                                                | 抽样日期      | 2025-11-12   |
| 实际产量                                        | 389 个                                               | 报告日期      | 2025-11-14   |
| 检验目的                                        | 成品检验                                                | 检验依据      | 产品技术要求       |
| 检验项目                                        | 标准要求                                                |           | 检测结果         |
| 外 观                                         | 培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；<br>表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为紫红色。 |           | 符合           |
| 琼脂厚度                                        | 培养基厚度为≥3mm。                                         |           | 符合           |
| pH                                          | 培养基pH为：7.2±0.2（25℃）。                                |           | 符合           |
| 微生物限度                                       | 培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，<br>可见污染菌生长的平板数应不大于5%。  |           | 符合           |
| 生长试验                                        | 质控菌株                                                | 菌株号       | 观察结果         |
|                                             | 粪肠球菌                                                | ATCC29212 | 抑制或部分抑制      |
|                                             | 大肠埃希菌                                               | ATCC25922 | 生长，粉红色菌落     |
|                                             | 奇异变形杆菌                                              | ATCC49005 | 生长，无色菌落，抑制蔓延 |
|                                             | 鼠伤寒沙门菌                                              | ATCC13311 | 生长，无色菌落      |
|                                             | 空白对照：应无细菌生长。                                        |           |              |
| 检验结论                                        | 根据产品技术要求检验，本批产品合格。                                  |           |              |
| 报告人员：裴佳 日期：2025.11.14 审批人：李淑敏 日期：2025.11.14 |                                                     |           |              |