

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/NXJ1.3251126

产品名称		脑心浸液琼脂培养基	规格	HP/NXJ1.3 3ml
产品批号		251126	生产日期	2025-11-26
灭菌批号		25112601	灭菌日期	2025-11-26
抽样数量		9 支	抽样日期	2025-11-26
实际产量		41 支	报告日期	2025-11-28
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外观		培养基呈淡黄色, 无明显污点、杂质及异物。		符合
装 量		皿装培养基能铺满平皿底部, 厚度不小于2mm。 管装（瓶装）培养基量应为标识容量的±5%		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	培养基塑料（玻璃）管（瓶）与盖（塞）配合适宜, 不得松动和脱落; 平皿盖与平皿配合, 易打开和闭合。		符合
培养效果	接种乙型溶血性链球菌	生长良好, 培养基浑浊。		符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好, 培养基浑浊。		符合
无 菌		35℃-37℃孵育, 孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验, 本批产品合格		(签章)
报告人员: 夏佳		日期: 2025.11.28	审批人: 唐明	日期: 2025.11.28

