

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: CSY-0100464233475

产品名称	需氧培养瓶	规格	色原检测法培养瓶 中抗小儿需氧培养瓶 20ml	
产品批号	64233475	生产日期	2025-11-17	
灭菌批号	25111701	灭菌日期	2025-11-17	
抽样数量	30 瓶	抽样日期	2025-11-18	
实际产量	2355 瓶	报告日期	2025-12-01	
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求	
检验项目	要 求			结 论
外 观	不含添加剂的培养基液体，应无浑浊、无悬浮物；含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色，色泽均匀。			符合
装 量	培养基液体量应不少于标示装量值的 95%。			符合
强度	培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂。			符合
配合性	培养瓶的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。			符合
培养基 PH	液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6（25℃）			符合
适用性检查	需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。			符合
	厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。			/
无菌检查	培养瓶于 35℃-37℃ 培养，7 天内应无细菌生长			符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格			四川豪鹏生物工程股份有限公司 (签章)
报告人员: 夏佳 日期: 2025.12.01 审批人: Bmo 日期: 2025.12.01				