

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: LTY5.9X251224

|                                                |           |                                |      |                        |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|------------------------|
| 产品名称                                           |           | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基                 | 规格   | HP/LTY5.9<br>复方中和剂 9ml |
| 产品批号                                           |           | X251224                        | 生产日期 | 2025-12-24             |
| 灭菌批号                                           |           | 25122402                       | 灭菌日期 | 2025-12-24             |
| 抽样数量                                           |           | 9 支                            | 抽样日期 | 2025-12-25             |
| 实际产量                                           |           | 1023 支                         | 报告日期 | 2025-12-27             |
| 检验目的                                           |           | 出厂检验                           | 检验依据 | 产品技术要求                 |
| 检验项目                                           |           | 标准要求                           |      | 检测结果                   |
| 外 观                                            |           | 液体培养基, 应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。        |      | 符合                     |
| 装 量                                            |           | 液体培养基量应为标识容量的±5%               |      | 符合                     |
| 物理性能                                           | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |      | 符合                     |
|                                                | 配合性       | 培养管(瓶)的盖(塞)配合适宜不松动或脱落。         |      | 符合                     |
| 化学性能                                           |           | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。 |      | 符合                     |
| 培养效果                                           | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好, 培养基浑浊。                   |      | 符合                     |
|                                                | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好, 培养基浑浊。                   |      | 符合                     |
| 无 菌                                            |           | 37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长           |      | 符合                     |
| 检验结论                                           |           | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格             |      | (签章)                   |
| 报告人员: 夏佳 日期: 2025.12.27 审批人: 李金 日期: 2025.12.27 |           |                                |      |                        |