

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: CSY-01002X66314077

|                                                |                                                                 |      |                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 产品名称                                           | 需氧培养瓶                                                           | 规格   | 色原检测法培养瓶<br>中抗成人需氧培养瓶 30ml |
| 产品批号                                           | X66314077                                                       | 生产日期 | 2025-12-23                 |
| 灭菌批号                                           | 25122301、25122302                                               | 灭菌日期 | 2025-12-23                 |
| 抽样数量                                           | 30 瓶                                                            | 抽样日期 | 2025-12-24                 |
| 实际产量                                           | 6065 瓶                                                          | 报告日期 | 2025-12-31                 |
| 检验目的                                           | 成品检验                                                            | 检验依据 | 产品技术要求                     |
| 检验项目                                           | 要 求                                                             |      | 结 论                        |
| 外 观                                            | 不含添加剂的培养基液体，应无浑浊、无悬浮物；含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色，色泽均匀。 |      | 符合                         |
| 装 量                                            | 培养基液体量应不少于标示装量值的±5%                                             |      | 符合                         |
| 强度                                             | 培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂。                                    |      | 符合                         |
| 配合性                                            | 培养瓶的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。                                             |      | 符合                         |
| 培养基 PH                                         | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6（25℃）                                       |      | 符合                         |
| 适用性检查                                          | 需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。              |      | 符合                         |
|                                                | 厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。                      |      |                            |
| 无菌检查                                           | 培养瓶于 35℃-37℃ 培养，7 天内应无细菌生长                                      |      | 符合                         |
| 检验结论                                           | 根据产品技术要求检验，本批产品合格                                               |      | (签章)                       |
| 报告人员: 夏佳 日期: 2025.12.31 审批人: 李敏 日期: 2025.12.31 |                                                                 |      |                            |