

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版 本 号: B            |
|               | 修 改 次: 2            |

报告书编号: HP/YQZ2. Φ9X260107

|          |           |                                  |          |                          |
|----------|-----------|----------------------------------|----------|--------------------------|
| 产品名称     |           | 营养琼脂培养基                          | 规 格      | 胰蛋白胨大豆琼脂培养基 (TSA)<br>9cm |
| 产品批号     |           | X260107                          | 生产日期     | 2026-01-07               |
| 检验日期     |           | 2026-01-07                       | 报告日期     | 2026-01-09               |
| 检验目的     |           | 出厂检验                             | 检验依据     | 产品技术要求                   |
| 检验项目     |           | 标准要求                             |          | 检测结果                     |
| 外 观      |           | 琼脂培养基为淡黄色半固体, 表面平整, 无明显污点、杂质及异物。 |          | 符合                       |
| 装 量      |           | 琼脂培养基量应能铺满平皿底部, 厚度不小于 2mm 。      |          | 符合                       |
| 物理性能     | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。       |          | 符合                       |
|          | 配合性       | 平皿培养基盖与平皿配合, 易打开和闭合。             |          | 符合                       |
| 培养效果     | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好, S 型菌落, 产生金黄色色素。            |          | 符合                       |
|          | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好, 半透明 S 型菌落。                 |          | 符合                       |
| 无 菌      |           | 37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长。            |          | 符合                       |
| 检验结论     |           | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格               |          | (签章)                     |
| 报告人员: 马俊 |           | 日期: 2026.01.09                   | 审批人: 李成家 | 日期: 2026.01.09           |