

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HPY/MKK Φ 9. X260112

产品名称	麦康凯琼脂培养基	规格	Φ9cm
产品批号	X260112	生产日期	2026-01-12
检验日期	2026-01-13	报告日期	2026-01-15
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为紫红色。		符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。		符合
pH	培养基pH为：7.2±0.2（25℃）。		符合
微生物限度	培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的平板数应不大于5%。		符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果
	粪肠球菌	ATCC29212	抑制或部分抑制
	大肠埃希菌	ATCC25922	生长，粉红色菌落
	奇异变形杆菌	ATCC49005	生长，无色菌落，抑制蔓延
	鼠伤寒沙门菌	ATCC13311	生长，无色菌落
	空白对照：应无细菌生长。		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。		
报告人员：夏佳 日期：2026-01-15 审批人：李敏 日期：2026-01-15			

