

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 1              |

报告书编号: HP/RTG10.10X260107

|      |                                                         |                                                                                    |      |                                  |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| 产品名称 |                                                         | 肉汤培养基                                                                              | 规格   | HP/RTG10.10<br>溴甲酚紫葡萄糖肉汤<br>10ml |
| 产品批号 |                                                         | X260107                                                                            | 生产日期 | 2026-01-07                       |
| 检验日期 |                                                         | 2026-01-08                                                                         | 报告日期 | 2026-01-12                       |
| 检验目的 |                                                         | 出厂检验                                                                               | 检验依据 | 产品技术要求                           |
| 检验项目 |                                                         | 标准要求                                                                               |      | 检测结果                             |
| 外观   |                                                         | 液体培养基, 应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。                                                            |      | 符合                               |
| 装量   |                                                         | 液体培养基量应为标识容量的±5%                                                                   |      | 符合                               |
| 物理性能 | 强度                                                      | 室温下应能承受0.5Kg压力30分钟不破裂。                                                             |      | 符合                               |
|      | 配合性                                                     | 管装培养基塑料(玻璃)管与盖(塞)配合适宜, 不得松动和脱落。<br>瓶装培养基的盖塞配合适宜, 不得松动或脱落。<br>袋装培养基袋密封良好, 无漏气、漏液现象。 |      | 符合                               |
| 化学性能 |                                                         | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。                                                     |      | 符合                               |
| 培养效果 | 普通营养肉汤、葡萄糖肉汤、大豆酪蛋白吐温肉汤(SCDLP 肉汤)、硫乙醇酸盐肉汤 MH 肉汤接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好, 培养基浑浊                                                                        |      | /                                |
|      | 改良马丁肉汤、沙氏肉汤、溴甲酚紫葡萄糖肉汤接种白色念珠菌                            | 生长良好, 培养基浑浊                                                                        |      | 符合                               |
|      | 乳糖胆盐肉汤、三倍浓度乳糖胆盐肉汤、乳糖蛋白胨肉汤接种大肠埃希氏菌                       | 生长良好, 培养基产气、变黄                                                                     |      |                                  |
|      | 亚硒酸盐胱氨酸肉汤(SC 肉汤)、GN肉汤接种沙门氏菌                             | 生长良好, 培养基浑浊                                                                        |      |                                  |
| 无 菌  |                                                         | 35℃-37℃孵育, 孵育 24h 无细菌生长                                                            |      | 符合                               |
| 检验结论 |                                                         | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格                                                                 |      | (签章)                             |

报告人员: 李俊

日期: 2026.01.12

审批人: 李俊

日期: 2026.01.12

