

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/LX. Φ9X260109

产品名称	L 型细菌增菌培养基	规格	琼脂型 9cm
产品批号	X260109	生产日期	2026-01-09
检验日期	2026-01-10	报告日期	2026-01-13
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基呈淡黄色, 无明显污点、杂质及异物		符合
装量	琼脂培养基量能铺满皿底部, 厚度应 $\geq 3\text{mm}$		符合
PH	培养基 pH 为 7.5 ± 0.2 (20-25℃)		符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长	符合
无 菌	35-37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格		(签章)

报告人员: 夏佳

日期: 2026.01.13

审批人: 李亚东 日期: 2026.01.13

