

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: HP/LTY1.10X260112

|                                                |           |                                |      |            |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|------------|
| 产品名称                                           |           | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基                 | 规格   | 中和含氯类 10ml |
| 产品批号                                           |           | X260112                        | 生产日期 | 2026-01-12 |
| 检验日期                                           |           | 2026-01-12                     | 报告日期 | 2026-01-14 |
| 检验目的                                           |           | 出厂检验                           | 检验依据 | 产品技术要求     |
| 检验项目                                           |           | 标准要求                           |      | 检测结果       |
| 外观                                             |           | 液体培养基, 应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。        |      | 符合         |
| 装量                                             |           | 液体培养基量应为标识容量的±5%               |      | 符合         |
| 物理性能                                           | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |      | 符合         |
|                                                | 配合性       | 培养管(瓶)的盖(塞)配合适宜不松动或脱落。         |      | 符合         |
| 化学性能                                           |           | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。 |      | 符合         |
| 培养效果                                           | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好, 培养基浑浊。                   |      | 符合         |
|                                                | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好, 培养基浑浊。                   |      | 符合         |
| 无 菌                                            |           | 37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长           |      | 符合         |
| 检验结论                                           |           | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格             |      | (签章)       |
| 报告人员: 夏位 日期: 2026.01.14 审批人: 李亚 日期: 2026.01.14 |           |                                |      |            |