

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/LTY1.9X260112

产品名称		卵磷脂吐温胰蛋 白胨大豆培养基	规 格	中和含氯类 9ml
产品批号		X260112	生产日期	2026-01-12
检验日期		2026-01-12	报告日期	2026-01-14
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外 观		液体培养基, 应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。		符合
装 量		液体培养基量应为标识容量的±5%		符合
物理 性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	培养管(瓶)的盖(塞)配合适宜不松动或脱落。		符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。		符合
培 养 效 果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好, 培养基浑浊。		符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好, 培养基浑浊。		符合
无 菌		37℃孵育, 孵育 24h 无细菌生长		
检验结论		根据产品技术要求检验, 本批产品合格		

报告人员: 夏俊

日期: 2026.01.14

审批人: 李成

日期: 2026.01.14

符合

(签章)

质检专用章

