

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/VT-3-A. 3251204

产品名称	一次性使用病毒采样管	规格	VT-3-A 型 3ml/支
产品批号	251204	生产日期	2025. 12. 04
抽样日期	2025. 12. 04	报告日期	2025. 12. 04
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	采样管内保存液应无明显沉淀、杂质及异物。		符合
装量	保存液装量应为标识容量的±10%。		符合
pH	20-25℃时 pH 值应为 7.4±0.3。		符合
配合性	将一次性使用病毒采样管在光线充足的条件下目测, 盖子完全旋合, 将盖子旋紧倒立 5 分钟无漏液现象		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格。		(签章)

报告人员: 邓强 日期: 2025.12.04 审批人: 廖红 日期: 2025.12.04