

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: HPY/GL Φ 7.X260114

|       |                                                 |              |                  |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 产品名称  | 哥伦比亚血琼脂培养基                                      | 规格           | Φ7cm             |
| 产品批号  | X260114                                         | 生产日期         | 2026-01-14       |
| 检验日期  | 2026-01-14                                      | 报告日期         | 2026-01-16       |
| 检验目的  | 成品检验                                            | 检验依据         | 产品技术要求           |
| 检验项目  | 标准要求                                            |              | 检测结果             |
| 外观    | 培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹横或裂痕，颜色为鲜红色。 |              | 符合               |
| 琼脂厚度  | 培养基厚度为≥3mm。                                     |              | 符合               |
| pH    | 培养基pH为：7.3±0.2（25℃）。                            |              | 符合               |
| 微生物限度 | 培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的平板数应不大于5%。  |              | 符合               |
| 生长试验  | 质控菌株                                            | 菌株号          | 观察结果             |
|       | 乙型溶血性链球菌                                        | CMCC（B）32210 | 生长良好，菌落周围产生β溶血环。 |
|       | 金黄色葡萄球菌                                         | ATCC29213    | 生长良好。            |
|       | 大肠埃希菌                                           | ATCC25922    | 生长良好。            |
|       | 肺炎链球菌                                           | ATCC6305     | 生长良好，菌落周围产生α溶血环。 |
|       | 空白对照：应无细菌生长。                                    |              |                  |
| 检验结论  | 根据产品技术要求检验，本批产品合格。                              |              |                  |

报告人员：夏文

日期：2026.01.16

审批人：李

日期：2026.01.16

四川省浩科生物工程有限公司

质检验专用章

（签章）