

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/QKL1 Φ 9. X260123

产品名称	巧克力琼脂培养基 (不加抗生素)	规格	Φ 9cm
产品批号	X260123	生产日期	2026-01-23
检验日期	2026-01-23	报告日期	2026-01-26
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	琼脂培养基为巧克力色半固体, 表面平整, 无明显污点、杂质及异物。		符合
装量	琼脂培养基应能铺满平皿底部, 厚度不小于 2mm。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0. 5Kg 压力 30 分钟不破裂。	符合
	配合性	平皿培养基盖与平皿配合, 易打开和闭合。	符合
培养效果	接种流感嗜血杆菌	生长良好, 潮湿珍珠小菌落。	符合
	接种肺炎链球菌	生长良好, 菌落透明。	符合
无菌	37℃ 孵育 24h 无细菌生长。		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格		
报告人员: 李正昕 日期: 2026. 01. 26 审批人: 李正昕 日期: 2026. 01. 26			

