

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号: B
	修 改 次: 2

报告书编号: HPY/SMZH . Φ 7X260123

产品名称	沙门志贺（SS）琼脂培养基	规 格	Φ7cm															
产品批号	X260123	生产日期	2026-01-23															
检验日期	2026-01-23	报告日期	2026-01-26															
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求															
检验项目	标准要求		检测结果															
外 观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为橘红色。		符合															
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。		符合															
pH	培养基pH为：7.2±0.1（25℃）。		符合															
微生物限度	培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的培养基产品数应不大于5%		符合															
生长试验	<table><tr><td>质控菌株</td><td>菌株号</td><td>观察结果</td></tr><tr><td>鼠伤寒沙门菌</td><td>ATCC14028</td><td>生产良好，无色菌落，有黑色</td></tr><tr><td>福氏志贺菌</td><td>ATCC12022</td><td>生长良好</td></tr><tr><td>粪肠球菌</td><td>ATCC29212</td><td>生长抑制</td></tr><tr><td>大肠埃希菌</td><td>ATCC25922</td><td>抑制（部分至完全），粉红至玫红色菌落</td></tr></table>		质控菌株	菌株号	观察结果	鼠伤寒沙门菌	ATCC14028	生产良好，无色菌落，有黑色	福氏志贺菌	ATCC12022	生长良好	粪肠球菌	ATCC29212	生长抑制	大肠埃希菌	ATCC25922	抑制（部分至完全），粉红至玫红色菌落	符合
	质控菌株	菌株号	观察结果															
	鼠伤寒沙门菌	ATCC14028	生产良好，无色菌落，有黑色															
	福氏志贺菌	ATCC12022	生长良好															
	粪肠球菌	ATCC29212	生长抑制															
	大肠埃希菌	ATCC25922	抑制（部分至完全），粉红至玫红色菌落															
空白对照：应无细菌生长。																		
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。																	
报告人员： 苏任昕 日期： 2026.01.26 审批人： 李任昕 日期： 2026.01.26																		

