

四川好培养物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/LX. 30X260410

产品名称	L型细菌增菌培养基	规格	液体型 30ml
产品批号	X260410	生产日期	2026-04-10
检验日期	2026-04-13	报告日期	2026-04-15
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基呈淡黄色, 无明显污点、杂质及异物		符合
装量	培养基误差为标识容量的±5%。		符合
PH	培养基 pH 为 7.5±0.2 (20-25℃)		符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长	符合
无菌	35-37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格		(盖章)
报告人员: <u>夏佳</u> 日期: <u>2026.04.15</u> 审批人: <u>李永</u> 日期: <u>2026.04.15</u>			

