

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/YXS1.3X260514

产品名称	样本稀释液	规格	0.45%盐水 3ml
产品批号	X260514	生产日期	2026-05-14
检验日期	2026-05-15	报告日期	2026-05-18
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	稀释液无色澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象，无臭、无味。		符合
装量	稀释液装量应不少于标示装量值的95%。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受0.5Kg压力30分钟不破裂。	符合
	配合性	稀释液管（瓶）的盖塞配合适宜不松动或脱落。	符合
化学性能	液体培养基的pH应为4.5~7.0(20℃~25℃)。		符合
无菌	37℃孵育，孵育24h无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员：苏佳明      日期：2026.05.18      审批人：马佳      日期：2026.05.18			

