

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：1              |

报告书编号：HP/YQZ1. Φ9X260525

|      |                                 |                            |                   |
|------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 产品名称 | 营养琼脂培养基                         | 规格                         | 普通营养琼脂培养基<br>Φ9cm |
| 产品批号 | X260525                         | 生产日期                       | 2026-05-25        |
| 检验日期 | 2026-05-26                      | 报告日期                       | 2026-05-28        |
| 检验目的 | 出厂检验                            | 检验依据                       | 产品技术要求            |
| 检验项目 | 标准要求                            |                            | 检测结果              |
| 外观   | 琼脂培养基为淡黄色色半固体，表面平整，无明显污点、杂质及异物。 |                            | 符合                |
| 装量   | 琼脂培养基量应能铺满平皿底部，厚度不小于2mm。        |                            | 符合                |
| 物理性能 | 强度                              | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。 | 符合                |
|      | 配合性                             | 平皿培养基盖与平皿配合，易打开和闭合。        | 符合                |
| 培养效果 | 接种金黄色葡萄球菌                       | 生长良好，S 型菌落，产生金黄色色素。        | 符合                |
|      | 接种大肠埃希氏菌                        | 生长良好，半透明 S 型菌落。            | 符合                |
| 无菌   | 37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长。            |                            | 符合                |
| 检验结论 | 根据产品技术要求检验，本批产品合格               |                            | (签章)              |

报告人员：苏厚明

日期：2026.05.28

审批人：夏佳

日期：2026.05.28

