

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: HP/LTY5.10X260602

|      |           |                                |      |            |
|------|-----------|--------------------------------|------|------------|
| 产品名称 |           | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基                 | 规格   | 复方中和剂 10ml |
| 产品批号 |           | X260602                        | 生产日期 | 2026-06-02 |
| 检验日期 |           | 2026-06-03                     | 报告日期 | 2026-06-05 |
| 检验目的 |           | 出厂检验                           | 检验依据 | 产品技术要求     |
| 检验项目 |           | 标准要求                           |      | 检测结果       |
| 外观   |           | 液体培养基, 应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。        |      | 符合         |
| 装量   |           | 液体培养基量应为标识容量的±5%               |      | 符合         |
| 物理性能 | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |      | 符合         |
|      | 配合性       | 培养管(瓶)的盖(塞)配合适宜不松动或脱落。         |      | 符合         |
| 化学性能 |           | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。 |      | 符合         |
| 培养效果 | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好, 培养基浑浊。                   |      | 符合         |
|      | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好, 培养基浑浊。                   |      | 符合         |
| 无 菌  |           | 37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长           |      | 符合         |
| 检验结论 |           | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格             |      | (盖章)       |

报告人员: 何晓 日期: 2026.06.05 审批人: 夏伍 日期: 2026.06.05